仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 書 ・ 回 答 書

案件名	シャルピー衝撃試験機の購入

質問No.	質問箇所		質問事項	回答
	資料名	ページ番号		
1	仕様書	2	6　搬入・据付等 3.納入時にJISに基づく精度確認またはこれに準ずる確認を実施することとの記載があり、JIS　B7722　6.2.2に、基礎の質量が振り子の質量40倍以上であることを保証する文章を据え付け時に提出することと記載があります。 今回シャルピー衝撃試験機の設置は床面にベースプレートを敷いて設置する形となり、基礎の部分は設置場所の床面となるので弊社側では質量の証明ができません。 その為、設置場所でである建屋側や床面の図面などから上記質量のご確認をして、貴学でご準備いただく形となります。	仕様書のとおりとします。 JIS B7722に基づく、確認に必要な図面資料を回答書とともに掲載します。 今回掲載の、追加の図面資料はパスワードロックをかけており、パスワード申請時に交付したパスワードをご利用ください。 また、パスワード申請及び視察申請済みの者にのみ、再交付は可能です。契約課まで、お申し出ください。